



0000854542

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 8507

Ημ/νία: 22/06/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες ΠΡΟΚΟΠΗ Π.

Τηλ: 2313304426

e-mail: pprokopi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 17-06-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά αναλώσιμα υλικά χειρουργείου

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Χειρουργείου, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον χρόνο παράδοσης τους των προσφερόμενων ειδών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία

e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 24-06-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ 6 μήνες
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ:

1. ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΟΥΜΕΝΟ	ΡΟΛΟ	ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ	350X70
210483980024033			

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.

Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ.

Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

2. ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΡΟΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 100X70 2104839800024036

- ☐ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.
- Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ.
- Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.
- Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S.
- ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

3. ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΟ ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 150X70 2104839800024037

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ
- ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ -ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ. Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ.
- Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S.
- ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

4. ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ 250mm X 70

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΥΝΕΚ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΟΦΕΛΙΝΗΣ). Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΦΙΛΜ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ (ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΤΥΝΕΚ), ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΗΠΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ.
- Η ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΟΜΗ.
- Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΦΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ >8mm, ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΙΒΑΝΟ STERRAD 100S.
- ΣΕ ΚΑΘΕ ΡΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ LOT, ΓΙΑ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
- ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

22.06.2026 15:40:40
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

