



0000855454

ανακ.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9358
Ημ/νία: 08/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 01-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία
Καταληκτική ώρα : 15.00

13-07-2026

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. Καθετήρες (σετ) συνδιασμένης ραχιαίας και επισκληρίδιου αναισθησίας, διπλού αυλού με δυνατότητα χορήγησης τεστ-δόσης (βελόνα επισκληρίδιου διπλού αυλού 18G, βελόνα υπαραχνοειδούς No 25G) No 25G

Σετ για συνδιασμένη για ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία με σύστημα κλειδώματος, σύστημα σταθεροποίησης οσφυονωτιαίας βελόνας, με τη βελόνα επισκληρίδιου (tuohy needle) για αποφυγή τραυματισμών. Το σετ να περιλαμβάνει βελόνα με λοξότμηση pencil point 25G, βελόνα επισκληρίδιου με λοξότμηση tuohy, καθετήρα επισκληρίδιου αναισθησίας μήκους 100cm, συνδετικό εξάρτημα καθετήρα κουμπωτό (όχι βιδωτό), σύριγγα ελαφράς ολίσθησης LOR 10ml, επισκληρίδιο αντιμικροβιακό διαφανές φίλτρο 0,2μm με άκρα luer-lock

(210435700090008)

2.

Καθετήρες (σετ) συνδιασμένης ραχιαίας και επισκληρίδιου αναισθησίας, διπλού αυλού με δυνατότητα χορήγησης τεστ-δόσης (βελόνα επισκληρίδιου διπλού αυλού 18G, βελόνα υπαραχνοειδούς No 27G) No 27G

Σετ για συνδιασμένη για ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία με σύστημα κλειδώματος, σύστημα σταθεροποίησης οσφυονωτιαίας βελόνας, με την βελόνα επισκληρίδιου (tuohy needle) για αποφυγή τραυματισμών. Το σετ περιλαμβάνει βελόνα με λοξότμηση pencil point 27G, βελόνα επισκληρίδιου με λοξότμηση tuohy, καθετήρα επισκληρίδιου αναισθησίας μήκους 100cm, συνδετικό εξάρτημα καθετήρα κουμπωτό (όχι βιδωτό), σύριγγα ελαφράς ολίσθησης LOR 10ml, επισκληρίδιο αντιμικροβιακό διαφανές φίλτρο 0,2μm με άκρα luer-lock

(210435700090009)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

08.07.2026 15:44:40
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ