



0000855748

MTN

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 9410
Ημ/νία: 09/07/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 06-07-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες της MTN, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 14-07-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1 ΦΙΛΤΡΑ Α2 ΑΙΜΟΚ(ΜΕΜΒΡ PMMA)(1,8 ΕΠΙΦ)(21048560000018)

ΦΙΛΤΡΑ HIGH FLUX ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1,8 Μ2 ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ (PMMA)

NF-1.8U

Φίλτρο αιμοκάθαρσης High Flux από μεμβράνη PMMA αποστειρωμένο με γ' ακτινοβολία.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΣ	NF-1.8U
ΤΥΠΟΣ	Τριχοειδικός
ΜΕΜΒΡΑΝΗ	Polymethylmethacrylate (PMMA)
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ	30 μm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΙΝΩΝ	200μm
ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	1,8 m ²
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ	Γ' Ακτινοβολία
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ	45 ml/h.mmHg
ΟΓΚΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ	118 ml
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ	ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ
ΣΥΝΤΕΛ. ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΟΥΡΙΑΣ (K _o A _{urea})	873

ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ NF-1.8U

ΚΑΘΑΡΣΕΙΣ	QB=300 mL/min
ΟΥΡΙΑ	254
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ	225
ΦΩΣΦΟΡΟ	208
ΒΙΤΑΜΙΝΗ B ₁₂	140
ΙΝΟΥΛΙΝΗ	77

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

09.07.2026 13:07:35
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ