



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Θεσσαλονίκη 21/04/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  
(Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Αριθμ. πρωτ. 4898

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο: Προμηθειών  
Τηλέφωνο: 2313 304461-4-3  
Φαξ: 2313 304452  
Πληροφορίες: Τζήμα Δ.  
E-mail: [promagpavlos@outlook.com](mailto:promagpavlos@outlook.com)

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» έχοντας υπόψη:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 2891/24.07.2015 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας»
2. Το γεγονός ότι προτίθεται στο πλαίσιο του Π.Π.Υ.Υ. 2013 να διενεργήσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ» για λογαριασμό του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» βάσει των ακόλουθων:

e-mail Αναθέτουσας αρχής	<a href="mailto:promagpavlos@outlook.com">promagpavlos@outlook.com</a>
Ημερομηνία Ανάρτησης	21-04-2016
Χρονική διάρκεια Υποβολής Τεχνικών Προδιαγραφών	20 ημέρες, ήτοι από 22-04-2016 έως 12-05-2016
Περιγραφή προϊόντος	ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ
Κωδικός CPV	33195000-3
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	30.000,00€
ΚΑΕ	9749

#### ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών αρχομένης από την επομένη της παρούσας ανάρτησης να υποβάλλουν στο τμήμα προμηθειών τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα για «ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΣΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ».

Η υποβολή των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων θα γίνεται στην ελληνική ή / και στην αγγλική γλώσσα, ταυτόχρονα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd, dvd, usb memory stick) σύμφωνα με τα εξής χαρακτηριστικά:

**Α.** Οι **ανάγκες** που θα πρέπει να καλύπτει το σύστημα κλίσης αδελφής είναι η εξυπηρέτηση συνολικά:

- σαράντα ενός (41) Θαλάμων ασθενών
- τριάντα ενός (31) μπάνιων (WC) και
- οκτώ (8) στάσεων κλίσης αδελφής (μία σε κάθε κλινική)
- έντεκα (11) τραυματιοφορέων με ασύρματα ειδοποίηση

**Β. Υφιστάμενη υποδομή** (η οποία θα αξιοποιηθεί):

- Κάθε κλίνη διαθέτει ένα τραβηχτό διακόπτη κλήσης ανάγκης
- Όλες οι επαφές των διακοπών παραλληλίζονται σε ένα μοναδικό ζευγάρι καλωδίου το οποίο καταλήγει στον τηλεφωνικό καταμεμητή του ορόφου, στον οποίο ανήκει και ο θάλαμος.
- Τα μπάνια (WC) δεν διαθέτουν καλωδίωση
- Η Νευρολογική κλινική (3 θάλαμοι, 4 WC) δεν διαθέτη καλωδίωση

**Γ. Απαιτήσεις του συστήματος** με βάση την υφιστάμενη υποδομή:

- Η κλήση ανάγκης θα γίνεται σε επίπεδο θαλάμου και η σήμανσή της στη συσκευή στάσης αδελφής θα δηλώνει τον αντίστοιχο θάλαμο από τον οποίο εκδηλώθηκε η κλήση
- Η ακύρωση κάθε κλήσης θα μπορεί να γίνεται τόσο από το ακυρωτικό μπουτόν του εκάστοτε θαλάμου, όσο και από τη συσκευή στάσης αδερφής
- Κάθε θάλαμος θα διαθέτει μόνο ένα ακυρωτικό μπουτόν
- Κάθε συσκευή κλήσης αδελφής στην οποία θα εκδηλώνονται οι κλίσεις ανάγκης θα εξυπηρετεί μόνο τους θαλάμους της κλινικής στην οποία είναι εγκατεστημένη
- Στα μπάνια (WC) στα οποία δεν υπάρχει καλωδιακή υποδομή, θα τοποθετηθεί ασύρματη κλήση ανάγκης
- Κάθε στάση αδελφής θα έχει τη δυνατότητα ασύρματης κλήσης σε ένδεκα (11) τουλάχιστον τηλέφωνα DECT ή pagers, τα οποία θα χειρίζονται οι τραυματιοφορείς
- Θα υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των κλήσεων ανάγκης και έκδοση στατιστικών στοιχείων για το χρόνο απόκρισης ανά κλήση ανάγκης.

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΕΡΙΔΗΣ  
MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ