

Προς: Γρ. Προμηθειών

Θέμα: Απάντηση σχετικά με τις παρατηρήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού. ΠΠΥΥ 2014

Σε απάντηση του υπ'αρ. πρωτ . 8022/7/6/17 εγγράφου σας πληροφορώ τα εξής:

1. Η ζητηθείσα μέθοδος προσδιορισμού ομάδων αίματος σε στήλη συγκόλλησης είναι νεότερη μέθοδος από την τεχνική συγκόλλησης σε πλάκα.

Με τη μεθοδολογία της στήλης συγκόλλησης η εικόνα των αντιδράσεων συγκόλλησης των ερυθροκυττάρων, για τον προσδιορισμό των ομάδων, είναι πιο ευκρινής διότι επιτρέπει την παρατήρηση και τη φωτογράφιση της κατανομής των συγκολλήσεων κατά μήκος της στήλης (από το πλάι).

Η ιδιότητα αυτή είναι τελείως απαραίτητη σε μία αιμοδοσία όπου απαιτείται η μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια του αποτελέσματος ιδίως σε περίπτωση προβλημάτων προσδιορισμού ομάδων που η αιμοδοσία και μόνο πρέπει να επιλύσει.

Η ζητηθείσα προδιαγραφή θεωρήθηκε πιο κατάλληλη για μέθοδο που χρησιμοποιείται από Υπηρεσία Αιμοδοσίας και δε φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία διότι τη μέθοδο αυτή τη διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις εταιρείες.

Για τους αναφερόμενους λόγους προτείνουμε να παραμείνουν οι τεχνικές προδιαγραφές ως έχουν.

Επισυνάπτουμε και το αντίστοιχο έγγραφο της προηγούμενης επιτροπής σχετικά με ανάλογη ένσταση που έγινε στο παρελθόν .

2. Σχετικά με τον εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο των εξετάσεων που διενεργούνται στην υπηρεσία της Αιμοδοσίας μας σας πληροφορούμε ότι έχουν κινηθεί διαδικασίες προκύρηξης ξεχωριστού διαγωνισμού για την προμήθεια των αντιδραστηρίων αυτών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν στον υπάρχοντα

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Καραγιάννη Νεραντζούλα
Χρυσοχοίδης Παύλος
Βαρβέρη Ελένη