



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα: Οικονομικό  
Γραφείο: Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες: Συμεωνίδης Νίκος  
Τηλ: 2313304462  
Fax: 2313304466 και 2310454210  
E-mail: [diaxeirisi@agpavlos.gr](mailto:diaxeirisi@agpavlos.gr)

Θεσσαλονίκη: 22-06-2018

Αρ.πρωτ.: 9910

**Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχείρισης Υλικού μέσω fax ή e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία) και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης το φακέλου. Οι προσφορές θα προσκομίζονται ιδιοχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

**Καταληκτική ημερομηνία :26/06/2018**

**Καταληκτική ώρα : 15:00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες**

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**

**1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ Ή ΝΑΡΚΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ :**

**α) ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ**

**β) ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ**

**γ) ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ**

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 150x60cm ΚΑΙ 180X50 cm ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΜΟΥΧΛΑ , ΒΑΚΤΗΡΙΑ
- ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΡΗΤΗΛΑΤΕΣ & PVC, Η ΚΑΛΥΨΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ NYLON ΚΑΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ SILICONE
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ Χ-RAY ΚΑΙ MRI, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
- ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
- ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑ (3)
- ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO

**2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 55 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 180X54,5cm**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
Msc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ  
Msc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΑΝΑΠΑΡΧΟΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΣΤΡΑΤΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ

