

για την χρήση



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Μ.Σαρηγιαννίδου

Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη, 20-05-2019

Fax: 2313304481

Αρ. πρωτ.: 8032

e-mail: [sylloges@agpavlos.gr](mailto:sylloges@agpavlos.gr)

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 24/05/2019

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

## Περιγραφή

### 1. Υγρό απορρυπαντικό - απολυμαντικό αυτόματου πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων.

- Να είναι αλκαλικής σύστασης.
- Να έχει καθαριστική και απολυμαντική δράση έναντι αίματος, πρωτεΐνών και αποξηραμένων ρύπων. Να έχει pH 11-13.
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο, και φυματιοκόνο.
- Να μην περιέχει αλδεύδες, φαινόλες, οξέα, χλώριο.
- Να είναι χαμηλού αφρισμού.
- Να είναι κατάλληλο για το πλυντήριο εργαλειών του νοσοκομείου και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τις κατασκευάστριες εταιρείες.
- Να αναφέρονται οι αραίωσεις και να δοθεί η η τιμή του πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή με την προτεινόμενη αραίωση.
- Να δοθούν τα ανώτερα όρια αποδεκτών υπολειμμάτων του προϊόντος πάνω στα εργαλεία, σύμφωνα με την EN ISO 15883.
- Να έχουν CE και ΓΧΚ.
- Τα είδη με κωδικό Νοσοκομείου: 060902125010034, 060902125020007 και 060902125020008 θα αξιολογηθούν από κοινού για λόγους συμβατότητας.

(060902125010034)

### 2. Υγρό για άλατα αυτόματου πλυντηρίου χειρουργικών εργαλείων

- Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα άνω του 30% (να κατατεθεί η σύσταση), κατάλληλο για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων και για την απομάκρυνση των αλάτων.
- Να αφαιρεί κατάλοιπα ασβεστίου και ιδιαίτερα τις σκουριές.
- Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει υπολείμματα.
- Να είναι φιλικά με το περιβάλλον, χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα
- Να συνοδεύεται από άδεια του Ε.Μ.Χ.Π., CE MARK .
- Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό χρήσης.
- Να δοθεί το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση .
- Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα ελληνικά και τα ISO 9001, ISO14001 και ISO 13485 και EN ISO 15883 του κατασκευαστή.
- Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας

(060902125030001)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ



MSc Ιατρικής Φυσικής  
MSc Διοίκησης Μονάδων Υγείας