



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Τεχνική Υπηρεσία

Τηλ: 2313304410

Fax: 2310438953

e-mail: techniki@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 3-07-2019

Αρ. Πρωτ.:10739

Έρευνα αγοράς που αφορά την εγκατάσταση δικτύου ιατρικών αερίων σε δύο χειρουργικές αίθουσες του Νοσοκομείου.

Προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των υλικών και την εγκατάσταση δικτύου ιατρικών αερίων στις δύο υπό ανακαίνιση αίθουσες του χειρουργείου, με χαρακτηριστικά και προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Στην προσφορά θα πρέπει να διαχωρίζεται το κόστος εργασίας εγκατάστασης και αξία των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης.


Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την εγκατάσταση δικτύου ιατρικών αερίων

Θα γίνουν τα παρακάτω:

1. Μεταφορά τριών στηλών ιατρικών αερίων. Η εγκατάσταση των στηλών θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω σκαρίφημα.
2. Εγκατάσταση ενός μειωτή πεπιεσμένου αέρα, μιας λήψης O₂, δύο λήψεων πεπιεσμένου αέρα 4 bar και μιας απαγωγής αναισθησιολογικών αερίων που θα δοθούν από το Νοσοκομείο.
3. Προμήθεια και εγκατάσταση μιας λήψης O₂ και μιας απαγωγής αναισθησιολογικών αερίων.
4. Εγκατάσταση δικτύου παροχής οξυγόνου, κενού και πεπιεσμένου αέρα έτσι ώστε τόσο οι στήλες όσο και οι παραπάνω λήψεις να συνδεθούν με τα δίκτυα του Νοσοκομείου.



Προϋπόθεση για την υποβολή της προσφοράς είναι η επίσκεψη στο νοσοκομείο και η ενημέρωση για τις επί τόπου συνθήκες των εργασιών.

Καταληκτική ημερομηνία : 08-07-2019

Καταληκτική ώρα : 15:00

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ