



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών

Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη

Τηλ: 2313304415

Θεσσαλονίκη:03-12-2019

Fax: 2313304416

Αρ.πρωτ.: 19485 / 6-12-19

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες και σύμφωνα με απόσπασμα πρακτικού της 40^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 13-11-2019(Θέμα Β25), το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραιτήτως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ECAPTY των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία :12/12/2019

Καταληκτική ώρα : 15:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ

1. ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

Τεχνικές Προδιαγραφές

1. Η πολυθρόνα αιμοκάθαρσης να αποτελείται από 3 τμήματα (πλάτη, κάθισμα, πόδια)
2. Η πλάτη, τα πόδια και το σύστημα μεταβλητού ύψους να ρυθμίζονται από ηλεκτροκίνητο ενσύρματο χειριστήριο για να παίρνουν την επιθυμητή θέση του ασθενούς, ώστε να κάθεται αναπαυτικά και με ασφάλεια. Επίσης να λαμβάνει θέσεις πολυθρόνας, κρεβατιού, θέση trendelenburg και θέση shock. Όλες αυτές οι θέσεις να ρυθμίζονται με ηλεκτροκινητήρες, μέσω ενός ενσύρματου ατομικού χειριστηρίου, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον ασθενή.
3. Η επένδυση του στρώματος να είναι από μη απορροφητικό υλικό και το στρώμα να είναι ειδικού τύπου από μαλακό αφρώδες υλικό. Να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παίρνει τη μορφή του σώματος όταν κάθεται ο ασθενής για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρέχοντας τη μέγιστη άνεση.
4. Να φέρει πλατιά και αναπαυτικά στηρίγματα βραχιόνων, με δυνατότητα να μετακινηθούν χωρίς να αφαιρεθούν, ώστε ο ασθενής να μπορεί να εισέρχεται και να εξέρχεται άνετα από την πολυθρόνα. Να μεταβάλλεται κατά ύψος ο βραχίονας ώστε να διευκολύνεται η παρακέντηση του ασθενή. Τα στηρίγματα χεριών (αριστερό - δεξιό) να μπορούν να ρυθμιστούν σύμφωνα με τη θέση του ασθενή με κίνηση δεξιά - αριστερά, πάνω - κάτω, με δυνατότητα να μπορούν να αφαιρεθούν.
5. Η καρέκλα να διαθέτει στήριγμα ποδιών -ώστε να μη γλιστράει ο ασθενής-, το οποίο να ρυθμίζεται ηλεκτροκίνητα ανάλογα με το ύψος του, αποτρέποντας κράμπες στα πόδια του ασθενή κατά τη διάρκεια της συνεδρίας

6. Να φέρει προσκέφαλο που να μπορεί να προσαρμόζεται στην επιθυμητή θέση, αλλά και να αφαιρείται εύκολα.
7. Η ανοξείδωτη κατασκευή του σκελετού να προστατεύεται από τη διάβρωση με γαλβανιζέ επιστρωση. Επίσης να καλύπτεται με πλαστικό κάλυμμα αντιβακτηριδιακό, εύκολο στον καθαρισμό, ει δυνατόν τύπου ABS plastics .
8. Να δέχεται βάρος ζύγισης από 180 έως 200 Kgr.
9. Να διαθέτει τέσσερις(4) ρόδες με φρένο.

Η πολυθρόνα να είναι πλήρως ηλεκτροκίνητη και να διαθέτει ηλεκτροκινητήρες για την ανεξάρτητη ρύθμιση μέσω χειριστηρίου:

- α) του ύψους της πολυθρόνας από το έδαφος
- β) τις κινήσεις της πλάτης με γωνία 90 μοιρών
- γ) τις κινήσεις για τη θέση των κάτω όκρων
- δ) υποπόδιο στηρικτικό ποδιών μετακινούμενο ή αφαιρούμενο και ρυθμιζόμενο για κάθε ασθενή.

- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:**
- 1) Στήριγμα ποδιών
 - 2) Ρυθμιζόμενα - αφαιρούμενα στηρίγματα βραχιόνων
 - 3) Προσκέφαλο

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ


ΠΑΤΕΡΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Msc ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Msc ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ