



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών

Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη

Τηλ: 2313304461

Fax: 2313304452

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 11-01-2021

Αρ.πρωτ.: 480 / 12.1.21

Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραίτητως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία : 15/01/2021

Καταληκτική ώρα : 15:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ

1. ΣΥΣΚΕΥΗ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Σύστημα Holter παρακολούθησης της πίεσης.

Η συσκευή να χρησιμοποιεί έναν εξελιγμένο επεξεργαστή για ψηφιακό σήμα και αποσπώμενη μνήμη στην οποία μπορούν να καταγραφούν μέχρι 500 μετρήσεις.

Να έχει εύκολη και γρήγορη μεταφορά δεδομένων του συστήματος σε υπολογιστή και διαβίπει Windows. Να δίνει την δυνατότητα για δημιουργία αναφορών και εκτύπωση των αποτελεσμάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καταγραφέας:

ελαφρύς σχεδιασμός Βάρος: 250- 300g (συμπεριλαμβανομένης της περιχειρίδας και μπαταριών.)

• Ανιχνώριση με Dipper / χωρίς-Dipper

- Εξελιγμένος επεξεργαστής ψηφιακών σημάτων
- Πρσ στασία από υψηλή πίεση μέσω δύο αισθητήρων
- Οθόνη LCD για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων
- 24-ωρη καταγραφή Εύρος μέτρησης : Πίεση: 20 ~ 80 mmHg
- Αποσπώμενη μνήμη με δυνατότητα καταγραφής μέχρι 500 μετρήσεις
- Μεταφορά δεδομένων μέσω usb υπερύθρων

Λογισμικό:

- Γρήγορο και ακριβές σύστημα ανάλυσης
- Μεγάλη χωρητικότητα αποθήκευσης και δυνατότητα διαχείρισης
- Δυνατότητα τηλεπισκόπησης εκτύπωσης και εκτυπωσης
- Διαθεσιμο σε μορφή PDF για αποστολή μέσω mail
- Σύντομη αναφοράς, στατιστικά διαγράμματα , Κυματομορφές των BP Καταγραφή μέσω όρου, ανά ώρα, ημέρα, «κλπ»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΤΣΑΚΑΣ