



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Διαχείρισης Υλικών

Πληροφορίες: Ε.Αποστολάκη

Τηλ: 2313304415

Θεσσαλονίκη: 26-05-2022

Fax: 2313304416

Αρ.πρωτ.: 6820

E-mail: diaxeirisi@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών - που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί - με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές χρειάζεται να αναφέρονται απαραιτήτως οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές να αναφέρουν επίσης τον κωδικό GMDN και τον κωδικό EKAPTY των προσφερόμενων ειδών αλλά και τον χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στη Διαχείριση Διαγνωστικών μέσω fax ή e-mail. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax, για προσφορές που κατατίθενται με τηλεομοιοτυπία. Ειδικότερα οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως, θα κατατίθενται προηγουμένως στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Εκείνες που θα κατατίθενται στην Υπηρεσία πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.

Καταληκτική ημερομηνία :31/05/2022

Καταληκτική ώρα : 13:00 h

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 4 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΩΝ

**1. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ Μ/Χ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ HOSPIVAC
400 (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)**

210601500030001-X/O

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HOSPIVAC 400

- Η αναρρόφηση Hospivac 400 είναι κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
 - Είναι πολύ μεγάλης ισχύος -0,90 bar και αναρροφητικής ικανότητας 90lit/min.
 - Είναι τροχήλατη, με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης στους δύο τροχούς, για την εύκολη μεταφορά της.
 - Έχει διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, φέρει κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος καθώς και όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη του κενού.
 - Έχει δύο φιάλες άθραυστες των 4lit η κάθε μια και αποστειρώνονται σε κλίβανο.
 - Οι σωληνώσεις και το ρύγχος είναι από σιλικόνη και αποστειρώνονται σε κλίβανο ατμού.
 - Διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχείλιση.
 - Το περίβλημα της αναρρόφησης είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό που αντέχει στα χτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται.
 - Καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα
 - Διαθέτει αντλία με πιστόνια νέου τύπου χωρίς ιμάντες.
 - Διαθέτει αντιμικροβιακό φίλτρο.
 - Μπορεί να λειτουργήσει και με σακούλες μιας χρήσης των 2 λίτρων χωρίς καμία απολύτως μετατροπή.
 - Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί και μέσω ποδοδιακόπτη ON-OFF.
 - Λειτουργεί με το ρεύμα πόλης 220-230V/50-60Hz.
 - Πληρεί όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και κατευθυντήριες οδηγίες (CE-0470, ISO-9002).
 - Παραδίδεται πλήρης, με κατατοπιστικά εγχειρίδια, έτοιμη για χρήση.
 - Το βάρος της συσκευής να είναι 20 κιλά και οι διαστάσεις της 46x85x42cm.
- Το προσφερόμενο είδος να είναι καινούριο και αμεταχείριστο και να φέρει το σήμα πιστοποίησης ποιότητας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιατροτεχνολογικά προϊόντα σύμφωνα με την οδηγία 93/42 της ΕΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

