



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ.Ε.

Τηλ: 2313304463

Θεσσαλονίκη: 17-11-2023

Fax: 2313304416

Αρ.πρωτ.: 13480

e-mail: diaxeiris@agpavlos.gr

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ N.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.]

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω fax, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία εκτύπωσης του fax (για προσφορές που κατατίθενται με τηλεμοιοτυπία) και για προσφορές που κατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 23/11/2023

Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

Παρακαλώ για την προμήθεια μιας βάσης ακτινοπροστασίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Ειδική τροχήλατη κατασκευή αποτελούμενη από κρεμάστρες για τη δυνατότητα ανάρτησης 10 θέσεων ποδιών ακτινοπροστασίας
 2. Να είναι εύκολη η πρόσβαση σε οποιαδήποτε εκ των αναρτώμενων ποδιών
 3. Το υλικό κατασκευής να είναι ανθεκτικό, να μη διαβρώνεται (ανοξείδωτο) και να έχει αντοχή στα απολυμαντικά υγρά που θα χρησιμοποιούνται στους καθαρισμούς
 4. Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως εγκοπές και κρυφά σημεία ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα
 5. Η κατασκευή για τις ειδικές τροχήλατες κρεμάστρες να μεταφέρεται εύκολα και με ασφάλεια μέσω τουλάχιστον τεσσάρων τροχών χωρίς να ανατρέπεται
 6. Το σύστημα πέδησης να αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις περιστρεφόμενους αντιστατικούς τροχούς εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να έχουν φρένο
 7. Να αναφέρονται οι διαστάσεις της κατασκευής
 8. Να αναφέρεται το βάρος της καθώς και το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο αντοχής της
 9. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας και ποιότητας κατασκευής για όλα τα μέρη της κατασκευής για τουλάχιστον τρία έτη
 10. Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης του προϊόντος
 11. Η προμηθεύτρια εταιρεία και ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας
- EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03 τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν
12. Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης σε περίπτωση που ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης
 13. Οι προμηθευτές θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του τμήματος ή τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας (ακτινιφυσικό) για τυχόν διευκρινίσεις.

