



0000793268



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: sylloges@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 3320 / 08-03-2024

Θεσσαλονίκη, 08-03-2024

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **ΕΚΑΠΤΥ** των προσφερομένων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους, σε διαφορετική περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατίνονται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 13-03-2024
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΟ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ PVC
ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ,ΜΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ 100° ΠΕΡΙΠΟΥ(από 95°
έως και 105°) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ,
ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟ SOFT SEAL CUFF, ΗΙ Low ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ, ΩΣΤΕ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΠΙΕΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ –ΕΚΠΝΟΗ,
ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΟΔΗΓΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕ ΑΜΕΣΟ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ
ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ,
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Seldinger Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ-
ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΚΑΜΨΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΞΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1ΕΚ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ,ΓΙΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
,ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΥΜΕΡΑ 6 - 7- 7,5 - 8.
(210601500029022...)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

08.03.2024 12:38:49
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ODYSSEFS
KATSAKAS