



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
ΗΜΕΡ. 30-10-2023

Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθ. Πρωτ.: 12567
Ημερομηνία: 31-10-2023

ηρμω
31/10/23
10

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
υπ. αριθμ. 1696/5-10-2023
Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30-10-2023 συγκεντρωθήκαμε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1696/5-10-2023 (ΑΔΑ:9088469061-Η3Σ) Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου για την επικαιροποίηση του με αριθμ. πρωτ. 6531/1-6-2023 πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» CPV:33130000-1 προκειμένου να υποβληθούν και συμπεριληφθούν στην επικείμενη πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027. Η επιτροπή μετά από σχετική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση που έλαβαν χώρα τα με αριθ. πρωτ. 1421/3-2-2023 και 3062/13-3-2023 πρακτικά για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κατά τα χρονικά διαστήματα 13-2-2023 έως 28-2-2023 και 20-4-2023 έως 5-5-2023 αντίστοιχα, επικαιροποιεί τις τεχνικές προδιαγραφές που κατατέθηκαν με το με αριθμ. πρωτ. 6531/1-6-2023 πρακτικό για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» CPV:33130000-1, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής οι οποίες έχουν ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

A/A 1α : Σύστημα Αρθροσκοπικής κάμερας (σετ κονσόλα κάμερας και κεφαλή κάμερας), που να αποτελείται από (12%):

- Ι. Σύστημα αρθροσκοπικής κάμερας HD, που να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
 - Η κάμερα να είναι 4K ανάλυσης 4096 X 2160 pixels, ώστε σε συνδυασμό με την ζητούμενη 4K οθόνη να αποτελεί ολοκληρωμένο σύστημα 4K
 - Να έχει ανάλυση χρωμάτων πάνω από 1000000 χρώματα
 - Η κονσόλα κάμερας να έχει ψηφιακούς εξόδους 2x dvi-d , 2x HD-sdi

 

- Να δύναται να συνδέεται με διάφορα βοηθητικά εξαρτήματα
- Να έχει δυνατότητα ηλεκτρονικού zoom (2:1) ρυθμιζόμενο από την κεφαλή της κάμερας
- Να παρέχεται η δυνατότητα white balance από την κεφαλή της κάμερας
- Να έχει SNR(signal to noise ratio) 54db typ

ii. Κεφαλή Κάμερας, που να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να διαθέτει συστήματα ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας για τη βελτίωση της ενδοσκοπικής εικόνας με περισσότερη λεπτομέρεια για καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 2 κουμπιά ρυθμίσεων.
- Να είναι αδιάβροχη και χαμηλού βάρους .
- Να δύναται να αποστειρώνεται σε κλίβανο αερίου, πλάσματος και υγρό κλίβανο

A/A 1B : Σύστημα πηγής ψυχρού φωτισμού με καλώδιο οπτικών ινών, που να αποτελείται από (12%) :

i. Πηγή ψυχρού φωτισμού, που να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για ενδοσκοπική χρήση.
- Να διαθέτει λυχνία LED ισχύος περίπου 90 Watt με θερμοκρασία χρώματος μεταξύ 5.500K- 7.500K, η οποία αποδίδει με τέλεια ευκρίνεια τα χρώματα. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες minimum, ενώ οι λειτουργίες της γίνονται μέσω ψηφιακής τεχνολογίας.
- Να έχει δυνατότητα να αυξομειώνει χειροκίνητα την ένταση του φωτός ανάλογα με το χειρουργικό πεδίο.
- Να προσφέρει επαρκή φωτισμό σε όλα τα χειρουργικά πεδία ακόμα και με οπτικές μικρών διαμετρημάτων.
- Να υπάρχει ψηφιακή θύρα για σύνδεση και λειτουργία από κεντρική εξωτερική μονάδα ελέγχου.

ii. Καλώδιο ψυχρού φωτισμού

- Το καλώδιο ψυχρού φωτισμού να είναι κατάλληλο για την σύνδεση της οπτικής με την πηγή ψυχρού φωτισμού, σε διάφορες διαμέτρους όπως 3.5 mm και 4,8mm και διάφορα μήκη από 180 cm έως 300cm.
- Να διατίθεται ως σετ SET με τα κατάλληλα συνδετικά.
- Να αποστειρώνεται σε υγρό και αέριο κλίβανο και δύναται να συνεργάζεται με οπτικές και πηγές ψυχρού φωτισμού διάφορων κατασκευαστών.

A/A 1γ : Οθόνη (monitor) για ιατρική χρήση, που να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά(12%) :

- Να υπάρχει ευαναγνώσιμη και εγγχεση οθόνη για ένδειξη όλων των παραμέτρων και με τηλέγραφα αφής για ευκολία στη χρήση και για τον απλούστερο καθαρισμό της.
 - Να δύναιται να μεταβάλλεται η επιθυμητή τιμή της πίεσης με μέγιστη πίεση τουλάχιστον έως 150mmHg.
 - Να είναι υψηλής ποιότητας έως 2500/min
- Να διαβέβαι τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σύστημα αρθροσκοπικής ανάλυσης (δυνατό τύπου)
- Ειδικό remote control
- Shaver sensor
- Kαλώδιο interface

A/A 1ε : Σύστημα αρθροσκοπικής ανάλυσης (δυνατό τύπου) που να αποτελείται από (10%):

- Ειδική τροχήλατη βάση με τέσσερις (4) δυνάμεις αντιστάτους τριχούς εκ των οποίων οι δύο να διαθέτουν και ασφάλιση.
- Να έχει πρόσθιο συρτάρι ασφαλιζόμενο ή μη καθώς και άλλο βοηθητικό πόδι για πρόσθια αντιστάση εξορθισμού.
- Σύστημα διαχείρισης καλωδίων πενιματος (cable management).
- Ανεξάρτητες παροχές πενιματος και ανεξάρτητες γεωμετρίας.

A/A 1δ : Τροχήλατη βάση για μεταφορά και αποθήκευση των μηχανημάτων, που να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά (10%):

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας, ευρείας εικόνας 32" επίπεδης οθόνης
- Φυσικής ανάλυσης τουλάχιστον 4096 x 2160
- Με ειδική επικάλυψη για εξόχληση αντακλάσεως.
- Συμβατό με πολλαπλά συστήματα (PAL, NTSC).
- Δυνατότητα προβολής εικόνας στην εικόνα (pip) και αντικατοπτρισμού ειδώλου.
- Να διαθέτει ψηφιακές εισόδους και εξόδους
- Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης της εικόνας από HD σε 4K.
- Να έχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης 1x, 1.2x, ή 2x διατηρώντας υψηλή ανάλυση, μέσω κεφαλής της κάμερας κατευθείαν από τον χρήστη-χρηστού.

- Να είναι πρόσθιας φόρτωσης και εκκίνησης χωρίς την ανάγκη καθορισμού τιμών εισροής και εκροής.
- Η ροή να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή εισροής και εκροής των υγρών στην άρθρωση.
- Να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε δύο λειτουργικούς τρόπους, δηλαδή μόνο εισροή ή εισροή και εκροή, διατηρώντας παράλληλα με ακρίβεια την προκαθορισμένη πίεση στην άρθρωση.
- Να διαθέτει ανεξάρτητο έλεγχο εισροής και εκροής καθώς επίσης και ελεγχόμενη αναρρόφηση για το shaver
- Να υπάρχει δυνατότητα προεπιλογής και αποθήκευσης σε usb της ενδοαρθρικής πίεσης και της ροής.
- Να διαθέτει σύστημα μέτρησης της πραγματικής ενδοαρθρικής πίεσης σε κάθε χρονική στιγμή ώστε να την ελέγχει και να την διατηρεί σταθερή.
- Να έχει μικρό χρόνο απόκρισης ώστε να επιτυγχάνεται άμεσα σε κάθε χρονική στιγμή η επιθυμητή ενδοαρθρική πίεση.
- Να είναι εύχρηστη και να διαθέτει αναλώσιμα μιας χρήσης εισροής και εκροής και εύκολης και ασφαλούς τοποθέτησης.
- Να έχει λειτουργία αιμόστασης και λειτουργία lavage (γρήγορη και ελεγχόμενη ενδοαρθρική πλύση) ώστε να διασφαλίζει σταθερά καθαρή εικόνα.
- Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας με την κεντρική μονάδα ελέγχου του shaver ώστε να διαβάζει τις στροφές λειτουργίας και να ελέγχει την ποσότητα νερού που αναρροφάται διατηρώντας πάντα σταθερή την ενδοαρθρική πίεση.
- Να υπάρχει ψηφιακή θύρα για σύνδεση και λειτουργία από κεντρική εξωτερική μονάδα ελέγχου.
- Να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων μέσω τηλεχειριστηρίου

A/A 1στ : Σύστημα αρθροσκοπικού shaver, που να αποτελείται από (10%):

- Αρθροσκοπική Μονάδα SHAYER
- Χειρολαβή SHAYER
- Ποδοδιακόπτης

Να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Αρθροσκοπική Μονάδα SHAYER νέας τεχνολογίας, με έγχρωμη οθόνη αφής
- Χειρολαβή SHAYER έως 12.000 rpm
- Να είναι ηλεκτροκίνητο.
- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής ή χειρισμό μέσω κατάλληλων πλήκτρων με χρωματική επιλογή ενδείξεων, πολλαπλών λειτουργιών.

- Να δύναται να λειτουργεί τόσο με κουμπιά που βρίσκονται πάνω στην χειρολαβή όσο και με ποδοδιακόπτη συγχρόνως για λειτουργία πρόσθια - οπίσθια και παλινδρομική κίνηση των κοπτικών.
- Να δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των στροφών λειτουργίας από 500 έως 12.000 rpm
- Η επιλεγμένη ταχύτητα να αναγράφεται στην οθόνη του shaver, ενώ η ρύθμιση να δύναται να πραγματοποιηθεί από την οθόνη αφής ή κατάλληλων πλήκτρων από τη χειρολαβή ή τον ποδοδιακόπτη.
- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης του συνδεδεμένου αναλώσιμου κοπτικού και ρύθμισης σε εύρος στροφών βέλτιστης απόδοσης.
- Να δέχεται πριόνι - τρυπάνι σε δεύτερη έξοδο στην πρόσθια επιφάνεια του μηχανήματος με δυνατότητα επιλογής του εργαλείου λειτουργίας από τον χειρουργό, χωρίς να απαιτείται επέμβαση από εξωτερικό χειριστή.
- Να υποστηρίζει επιλογή αρχείου ρυθμίσεων λειτουργιών ανά χειρουργό, για πολλαπλούς χρήστες.
- Να δέχεται κοπτικά για μικρές αρθρώσεις τόσο σε standard όσο και σε mini χειρολαβή.
- Να διατίθεται ποικιλία αυλοφόρων ή μη κοπτικών μιας ή πολλαπλών χρήσεων για μαλακά μόρια, χόνδρο και οστούς και όλες τις αρθρώσεις, που να δύναται να τοποθετούνται σε τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές γωνίες.
- Η αποστείρωση της χειρολαβής να γίνεται σε αέριο και σε υγρό κλίβανο.
- Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και συνεργασίας με την αντλία διατήρησης σταθερής ενδοαρθρικής πίεσης για καλύτερο έλεγχο των λειτουργιών και των δύο μηχανημάτων.
- Να υπάρχει ψηφιακή θύρα για σύνδεση και λειτουργία από κεντρική εξωτερική μονάδα ελέγχου.
- Να διαθέτει φωνητική ενημέρωση λειτουργιών shaver

A/A 1ζ: Σύστημα αρθροσκοπικής διαθερμίας, που να αποτελείται από (10%):

- i. Αρθροσκοπική Μονάδα Διαθερμίας
- ii. Extension Ποδοδιακόπτη
- iii. Ποδοδιακόπτης

Να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Αρθροσκοπική Μονάδα Διαθερμία νέας τεχνολογίας, με έγχρωμη οθόνη αφής
- Να είναι δυτολικής λειτουργίας, ειδική για αρθροσκοπήσεις, RF
- Να δέχεται ηλεκτρόδια 30 ή 50 ή 90 μοιρών με και χωρίς αναρρόφηση
- Να δέχεται ηλεκτρόδια μεγάλου μήκους για αρθροσκοπήσεις ισχίου

- Να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση θερμοκρασίας με την ευελιξία ρύθμισης του σημείου ρύθμισης της ειδοποίησης θερμοκρασίας ή απενεργοποίησης της λειτουργίας για περιπτώσεις που δεν απαιτούν παρακολούθηση θερμοκρασίας

A/A 1η : Σετ Οπτικής 30 μοιρών για αρθροσκοπικές επεμβάσεις

Το σετ να αποτελείται από τα κάτωθι(12%):

- Οπτική 30 Μοιρών
- Κάνουλα και τροκάρ για οπτική 30 Μοιρών

Να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλής ανάλυσης οπτική αρθροσκοπίου αυτοκλιβανιζόμενη με κατεύθυνση οπτικού πεδίου 30° .
- Μήκους εργασίας 157mm ή 170mm και διαμέτρου 4mm, κατάλληλη για όλες τις αρθροσκοπικές επεμβάσεις
- Με ευλύγιστο περιφερικό άκρο για μεγαλύτερη προστασία.
- Να συνοδεύεται από ειδική θήκη για την προστασία και την ασφαλή μεταφορά τους
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για να δέχεται όλους τους τρόπους αποστείρωσης, χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα της οπτικής (ETO, STERIS, STERRAD και υγρό κλίβανο).
- Η υποδοχή για το καλώδιο ψυχρού φωτισμού να είναι σε θέση αντίθετη από τη γωνία όρασης.
- Να διαθέτει εύρος εικόνας και σύστημα των φακών που να εξασφαλίζει φωτεινή και ευκρινή εικόνα χωρίς απώλειες της φωτεινότητας και παραμορφώσεις
- Να διαθέτει κάνουλα διαμέτρου 5.5 mm ή 5.9mm και μήκους εργασίας 13.5 cm, με δύο περιστρεφόμενες βαλβίδες ρύθμισης και ειδικό μηχανισμό ζεύξης.
- Η κάνουλα να είναι ειδικού σχεδιασμού άκρου εγκάρσιας διατομής με πολλαπλή διάτρηση για καλύτερη ρύθμιση ροής.
- Να διαθέτει τροκάρ που να είναι διαθέσιμο σε διάφορες μορφές όπως αμβλύ, αιχμηρό και ημι-αιχμηρό.

A/A 1θ : Σετ Οπτικής 70 μοιρών για αρθροσκοπικές επεμβάσεις

Το σετ να αποτελείται από τα κάτωθι (12%):

- Οπτική 70 Μοιρών
- Κάνουλα και τροκάρ για οπτική 70 Μοιρών

Να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλής ανάλυσης οπτική αρθροσκοπίου αυτοκλιβανιζόμενη με κατεύθυνση οπτικού πεδίου 70° .

- Μήκους εργασίας 157mm ή 170mm και διαμέτρου 4mm, κατάλληλη για όλες τις αρθροσκοπικές επεμβάσεις
- Με ευλύγιστο περιφερικό άκρο για μεγαλύτερη προστασία.
- Να συνοδεύεται από ειδική θήκη για την προστασία και την ασφαλή μεταφορά τους
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για να δέχεται όλους τους τρόπους αποστείρωσης, χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα της οπτικής (ETO, STERIS, STERRAD και υγρό κλίβανο).
- Η υποδοχή για το καλώδιο ψυχρού φωτισμού να είναι σε θέση αντίθετη από τη γωνία όρασης.
- Να διαθέτει εύρος εικόνας και σύστημα των φακών που να εξασφαλίζει φωτεινή και ευκρινή εικόνα χωρίς απώλειες της φωτεινότητας και παραμορφώσεις
- Να διαθέτει κάνουλα διαμέτρου 5.5 mm ή 5.9mm και μήκους εργασίας 13.5 cm, με δύο περιστρεφόμενες βαλβίδες ρύθμισης και ειδικό μηχανισμό ζεύξης.
- Η κάνουλα να είναι ειδικού σχεδιασμού άκρου εγκάρσιας διατομής με πολλαπλή διάτρηση για καλύτερη ρύθμιση ροής.

Να διαθέτει τροκάρ που να είναι διαθέσιμο σε διάφορες μορφές όπως αμβλύ, αιχμηρό και ημι-αιχμηρό.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.ΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3.ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
υπ. αριθμ. 1696/5-10-2023
Πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου.

4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Αριθ. Πρωτ.: 13907
Ημερομηνία: 29-11-2023

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
ΗΜΕΡ. 28-11-2023

Προμηθευτής
17-0-1

29/11/23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28-11-2023 συγκεντρωθήκαμε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ. αριθμ. 1696/5-10-2023 (ΑΔΑ:9088469061-Η3Σ) Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» CPV:331300000-1 προκειμένου να υποβληθούν και συμπεριληφθούν στην επικείμενη πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιτροπή στις 30-10-2023 υπέβαλε το με Αριθ. Πρωτ. 12567 επικαιροποιημένο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών αφού έλαβε υπόψη της παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την δημόσια διαβούλευση που έλαβαν χώρα τα με αριθ. πρωτ. 1421/3-2-2023 και 3062/13-3-2023 πρακτικά για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» κατά τα χρονικά διαστήματα 13-2-2023 έως 28-2-2023 και 20-4-2023 έως 5-5-2023 αντίστοιχα, του με αριθμ. πρωτ. 6531/1-6-2023 πρακτικού για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» CPV:331300000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Μετά από επικοινωνία με το γραφείο προμηθειών η επιτροπή ενημερώθηκε ότι:

- στις 25-08-2023 διενεργήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 9598/25-08-2023 Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και η προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» CPV:331300000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00€ με ΦΠΑ για τον οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
- στις 1-11-2023 διενεργήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 12725 Συλλογή Προσφορών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» CPV:331300000-1, προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.000,00€ με ΦΠΑ, μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027, για τον οποίο κατατέθηκαν δύο τεχνοοικονομικές προσφορές με τιμή προσφοράς 130.448,00€ με ΦΠΑ και 186.000,00€ με ΦΠΑ τις οποίες η επιτροπή και εξέτασε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του με Αριθ. Πρωτ. 12567/1-11-2023 επικαιροποιημένου πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» CPV:331300000-1, ως προς την προϋπολογισθείσα δαπάνη και συγκεκριμένα από 80.000,00€ με ΦΠΑ σε 130.00,00 € με ΦΠΑ, κατά τα λοιπά να παραμείνει ως έχει.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2.ΖΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

3.ΒΡΑΓΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ