



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6688  
Ημ/νία: 15/05/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.ΦΩΤ  
Τηλ: 2313304463  
e-mail: [f.kakanopoulou@agpavlos.gr](mailto:f.kakanopoulou@agpavlos.gr)

Θεσσαλονίκη: 14-05-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 21-05-2025**  
**Καταληκτική ώρα : 12.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

**1) ΜΑΣΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ ΓΙΑ C-PAP ΚΑΙ BI- PAP (S.M)  
210483980034007**

**2) ΜΑΣΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕΤ ΓΙΑ C-PAP ΚΑΙ BI- PAP LARGE  
210483980034009**

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να διαθέτει ελαφρύ σχεδιασμό τεσσάρων στοιχείων ώστε να επιτρέπει την εύκολη συναρμολόγηση /επανασυναρμολόγηση της καθώς και τη συντήρηση της.
- Να **μην διαθέτει** μετωπιαία υποστήριξης (σημαντικό να μην αισθάνεται ο ασθενής κλειστοφοβία λόγω υψηλών πιέσεων).
- Να διαθέτει μαξιλάρι σιλικόνης δηλαδή τεχνολογίας που στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της μάσκας με λιγότερο σφίξιμο στον κεφαλοδέτη
- Να διαθέτει κυκλικό εξαερισμό για τη διάχυση του αέρα.
- Να διαθέτει γρήγορα απελευθέρωση της γωνίας που επιτρέπει στο χρήστη να την αποσυνδέει γρήγορα από τη μάσκα για οποιοδήποτε σκοπό.
- Να διαθέτει κεφαλοδέτη με μαγνητικά κλιπς που επιτρέπουν την εύκολη αποδέσμευση της μάσκας από το πρόσωπο.
- Να διαθέτει δυνατότητα περιστροφής ball & socket 360

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ**

15.05.2025 07:56:28  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΟΔΥΣΣΕΑΣ  
ΚΑΤΣΑΚΑΣ



