



0000842447



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

..ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ..

Εθν. Αντιστάσης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες ΜΗΡΟΥΝΤΖΙΟΥ Α

Τηλ: 2313304426

e-mail: brountziou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 31-12-25

Έρευνα αγοράς που αφορά

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσής στο διαδίκτυο και τη σύγκληση προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρέχον Πρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμφορώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβάλετομένη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Πρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** και τον κωδικό **EKANTY** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και τον χρόνο παράδοσης τους.].

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσής της προσφοράς που θα αναφέρεται το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιόχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται ως υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί διόρθμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 9-1-26

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ ως 6 μήνες

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 18417
Ημ/νία: 31/12/2025

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΤΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΕΡ-ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ).
210483980041172

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΠΩΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ, ΚΑΤΑΛΗΛΟΝ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 1210-1340C.
- Ο ΕΠΩΣΤΗΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΘΕΣΕΙΣ.
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ISO 11138: 1-3.
- ΝΑ ΚΑΤΑΓΙΘΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 13485 ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO 9001 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.

2 ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
2106015000100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15883-1:2006 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM)

- ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΣΗ ΣΕ ΕΙΛΙΚΟ ΕΠΩΣΤΗΡΑ.
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ)
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ.
- ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΛΙΘΕΙΑ 0.3MG ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1MG.
- ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΑΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΜΒΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ).
- ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΠΩΣΤΗΡΑΣ

4 ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD 100S

70-300-102-X/O

5 ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΥΓ. ΑΠΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΦΑΡΔΟΣ ¾

210601500010003

6 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ NON WOVEN ΥΠΟΣΤΡΩΝΑ ΔΙΣΚΟΥ INERR LAYER
210601500064013

7 ΚΑΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙΒΑΝΟΥ

70-300-102

8 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΧΝΙΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
210483980029027

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

31.12.2025 10:24:51
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

