



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ Α
Τηλ: 2313304426
e-mail: brountziou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 9-2-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ 55mm ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 280mm
ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑ ΠΡΙΟΝΙ ΖΙΓΚΛΙ

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται παρακάτω, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον χρόνο παράδοσης τους των προσφερομένων ειδών.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 12-2-2026

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ 6 μήνες

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ

- 1 ΛΑΒΙΔΑ ΠΕΡΙΠΑΡΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ**
ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΥ 55mm ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 280mm

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας, με τελικό φινίρισμα ματ, τα σκέλη τους να ευθυγραμμίζονται σωστά και ατραυματικά, και να διαθέτουν άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες, βελονοκάτοχα κλπ.
2. Τα εργαλεία να φέρουν αποτυπωμένα στο σώμα τους: I. Την επωνυμία του κατασκευαστικού Οίκου και της προμηθεύτριας εταιρείας. II. Τον αριθμό σειράς (serial number). III. Τον αντίστοιχο εργοστασιακό κωδικό του επίσημου καταλόγου εργαλείων του κατασκευαστικού Οίκου. IV. CE Mark και ημερομηνία κατασκευής V. Datamatrix
3. Να υπάρχει συμφωνία μεγεθών των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα, επί ποινή απόρριψης.
4. Να κατατεθεί πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 13485: 2016, του κατασκευαστικού Οίκου, όσο και της προσφέρουσας εταιρείας, για τεχνική υποστήριξη των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
5. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ποιότητας ή/ και δήλωση του κατασκευαστή για τη συμμόρφωση με το DIN EN ISO 13402, περί αντοχής των προσφερόμενων χειρουργικών εργαλείων στη διάβρωση, επί ποινή απόρριψης.
6. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ποιότητας ή/ και δήλωση του κατασκευαστή για τη συμμόρφωση με το DIN EN ISO 17664, περί ανανέωσης της πληροφορίας στη διαχείριση (φροντίδα και συντήρηση) των χειρουργικών εργαλείων, επί ποινή απόρριψης.
7. Να κατατεθεί πιστοποιητικό ποιότητας ή/ και δήλωση του κατασκευαστή, για τη συμμόρφωση με το DIN EN ISO 14001-2015, περί περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, επί ποινή απόρριψης. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσημα επικυρωμένα.
8. Να υπάρχει δυνατότητα έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστικού Οίκου για τη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων.
9. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του εργαλείου η προμηθεύτρια εταιρεία δύναται να μεριμνήσει για την προσωρινή αντικατάσταση προς την εύρυθμη λειτουργία των χειρουργείων και επιδιόρθωση σε εύλογο χρονικό διάστημα.
10. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής, εκτός εάν ήδη έχει κατατεθεί στο Νοσοκομείο μας.
11. Να κατατεθούν αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλες τις κατηγορίες των αιτούμενων εργαλείων και απόλυτα σύμφωνα με τον όρο α/α 2 των τεχνικών προδιαγραφών, επί ποινή αποκλεισμού.
12. Να αναγράφεται η σελίδα του επίσημου καταλόγου του εργοστασίου, που εικονίζεται ο προσφερόμενος κωδικός εργαλείου.
13. Τα εργαλεία που θα παραδοθούν να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους να βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
14. Να κατατεθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών με προϋπόθεση την σωστή χρήση και συντήρηση από το προσωπικό του νοσοκομείου.
15. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης των γενικών & ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών, επί ποινής απόρριψης.

2 ΛΑΒΕΣ ΖΙΓΚΛΙ ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ

3 ΣΥΡΜΑ-ΠΡΙΟΝΙ ΖΙΓΚΛΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,20 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 300 MM

4 ΣΥΡΜΑ-ΠΡΙΟΝΙ ΖΙΓΚΛΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,40 MM ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 400 MM

5 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΡΑΜΜΑ Τ. DAFILON ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ USP ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΒΕΛΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 65 ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 75 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ράμματα συνθετικά μονόκλωνα μη απορροφήσιμα Πολυαμιδίου σε συσκευασία ελαχιστοποιημένης μνήμης. Οι βελόνες να είναι ανοξείδωτου χάλυβα σειράς 300 κατά AISI και σε συμμόρφωση με ASTM f899-12b για τη σφυρηλάτηση του ανοξείδωτου χάλυβα των ιατρικών οργάνων, ώστε βελτιστοποιημένα να αντιστέκονται στην κάμψη-στρεβλωση και να εξασφαλίζουν την ελάχιστη δυνατή αντίσταση διείσδυσης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ