



0000851189

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6314  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 05-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 11-05-2026  
Καταληκτική ώρα : 15.00

(14-05-2026)

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

### 1. ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ HOCL /NaOCL 50/50 ppm ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ . Spray 250 ml.

Διάλυμα εκ πλύσης για πλύση, καθαρισμό και ενυδάτωση των χρόνιων επιμολυσμένων τραυμάτων, ελκών και εγκαυμάτων. Με αντισηπτικές ιδιότητες που να αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των Gram + /Gram - βακτηρίων. Να καταπολεμά βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρους. Με ουδέτερο PH, μη κυτταροτοξικό και μη ερεθιστικό. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε πληγή , όπως συρίγγια, κύστες, ιστούς, οστά, συνδέσμους. Να περιέχει HOCL/NaOCL σε αναλογία 50/50 ppm

(210470100030031)

2.

### ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ .ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X19 ( +3 ΕΚ)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Σε σχήμα οβάλ για δύσκολες ανατομικές περιοχές. Διαστάσεις 15X19 εκ (+3)

(210483980019040)

### 3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22cm X 25cm (± 3cm)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Ειδικό σχήμα κόκκυγα. Διαστάσεις 22x25 εκ (+3)

(210483980019041)

### 4. ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ειδικό σχήμα ΠΤΕΡΝΑΣ 22cm X 23cm (± 3cm)

Αδιάβροχο αφρώδη αυτοκόλλητο επίθεμα με εξωτερική αδιάβροχη δομή, ειδική βαθμονόμηση για άριστη παρακολούθηση του εξιδρώματος, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Κατάλληλα για την πρόληψη εμφάνισης ελκών πίεσης. Σε ειδικό σχήμα πτέρνας . Διαστάσεις 22x23 (+3 εκ)

(210483980019042)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:10:55  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6326  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

9

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

**1. ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Belimed  
WD150  
(060902125020007)**

**2. ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡ. ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Belimed WD150  
(060902125020008)**

**3. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Belimed WD150  
(060902125020006)**

Παρακαλώ να κατατεθούν αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων. Η αξιολόγηση των ειδών θα γίνει συνολικά και θα κατακυρωθούν σε ένα μειοδότη με προϊόντα ενός παραγωγού.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:26:14  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6330  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

Περιγραφή

1.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΠΛΕΣ Μ.Χ.  
(210601500012001)

2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ,  
ΜΕΓΕΘΗ: L – XL – XXL – XXXL  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΚΗ  
(210601500012005)

3.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΜΕΡΟΣ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ  
ΤΗΣ ΜΠΛΟΥΖΑΣ)ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ,  
ΜΕΓΕΘΗ: L – XL – XXL – XXXL / X-LONG  
ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΚΗ  
(210601500012002)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:33:20  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agravlos.gr

Χ/Ο  
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6324  
Ημ/νία: 11/05/2026

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  
50X50ΕΚ.

(210601500016036)

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75X90CM

(210601500019051)

3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 75X90CM

(210601500016001)

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Μ.Χ. 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150X180CM

(210601500019052)

5. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Μ.Χ.  
ΜΕ ΟΠΗ 6CM ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45X75ΕΚ.

(210601500016002, 210601500016010, 210601500019026)

6. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ(ΣΕΤ)

(210601500016009)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:24:23  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000851497

χ/ο

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”**

**ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**  
Αριθμ. Πρωτ.: 6325  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**Περιγραφή**

**1.ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 600CC  
ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ**

- ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ**
  - ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΑΝΑ 5-10CC**
- (2106015000270..)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

11.05.2026 11:25:15  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000851518

MO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6323  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ –TRANSDUSER(ΜΟΝΟΣ)ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ 3-WAY ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ.**

**(210601500066005)**

**ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΟΝΟΥ TRANSDUCER,ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ.**

**(210601500066002)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

11.05.2026 11:23:43  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000851461

χ/ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6321  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**Περιγραφή**

**ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΟΘΩΝΙΑ) ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΜΕ  
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΠΟΒΙΔΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  
35X60,45X70,45X66,44X35  
(210601500016005/06/37/38)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

11.05.2026 11:22:43  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ



0000851449

αεφ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6319  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία **14-05-2026**  
Καταληκτική ώρα : **15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

1. Αποστειρωμένο σύστημα χαρήγησης υδατοδιάλυτης χλωρεξιδίνης με μέτρηση μονάδας μόνο ml και μόνο σε σύριγγα

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

100gr λιπαντικού γέλης περιέχουν :

1. Κεκαθαρμένο ύδωρ
2. Προτυλενογλυκόλη,υδροξυαιθυλοκυτταρίνη (λιπαντικό)
3. 2g υδροχλωρική λιδοκαΐνη (τοπικό αναισθητικό) 2.000mg
4. 0,0250g Γλυκονική χλωρεξιδίνη (20% αντισηπτικό)250mg
5. 0,060 Υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο (συντηρητικό) 60mg
6. 0,025 Υδροξυβενζοϊκο προπύλιο ( συντηρητικό) 25mg

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

-Το προϊόν συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κ φέρει σήμανση CE .Το προϊόν να είναι αποστειρωμένο σε σύριγγα κ όχι σε άλλη μορφή ,η μονάδα μέτρησης να είναι σε ml κ όχι σε gr. Επίσης,να συνοδεύονται με κλινικές μελέτες σε παιδιά,άνδρες κ γυναίκες ,όπως επίσης επισύναψη αποκλειστικότητας για την κάλη εκτέλεση παραγγελιών του νοσοκομείου .

(210601500034046)

## Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:19:14  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000851380

αίμοσυνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6318  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 06-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗΣ**

με διάμετρο από 1,25 mm-2,00 mm

**(210188250100083)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

11.05.2026 11:17:44

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



55

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6316  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 06-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**Περιγραφή**

Ρύγχος συνεχούς εκροής κεκλιμένο βιδωτό, μεταλλικής αιχμής, διαμέτρου 1,4mm μιας χρήσης. Να έχει διάμετρο 1,4mm τουλάχιστον .Να είναι βιδωτό με ειδικό κεκλιμένο άκρο .  
Να είναι μιας χρήσης

(210188250100082)

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

11.05.2026 11:16:13  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000851189

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6314  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 05-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 11-05-2026  
Καταληκτική ώρα : 15.00

(14-05-2026)

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

### 1. ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΛΥΣΗΣ HOCL /NaOCL 50/50 ppm ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ . Spray 250 ml.

Διάλυμα εκ πλύσης για πλύση, καθαρισμό και ενυδάτωση των χρόνιων επιμολυσμένων τραυμάτων, ελκών και εγκαυμάτων. Με αντισηπτικές ιδιότητες που να αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό των Gram + /Gram - βακτηρίων. Να καταπολεμά βακτήρια, μύκητες, ιούς και σπόρους. Με ουδέτερο PH, μη κυτταροτοξικό και μη ερεθιστικό. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε πληγή , όπως συρίγγια, κύστες, ιστούς, οστά, συνδέσμους. Να περιέχει HOCL/NaOCL σε αναλογία 50/50 ppm

(210470100030031)

### 2. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15X19 ( ± 3 ΕΚ)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Σε σχήμα οβάλ για δύσκολες ανατομικές περιοχές. Διαστάσεις 15X19 εκ (+-3)

(210483980019040)

### 3. ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ . Ειδικό σχήμα ΚΟΚΚΥΓΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 22cm X 25cm ( ± 3cm)

Αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Να αφαιρείται εντελώς ατραυματικά, υποαλλεργικό. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Ειδικό σχήμα κόκκυγα. Διαστάσεις 22x25 εκ (+-3)

(210483980019041)

### 4. ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Ειδικό σχήμα ΠΤΕΡΝΑΣ 22cm X 23cm ( ± 3cm)

Αδιάβροχο αφρώδη αυτοκόλλητο επίθεμα με εξωτερική αδιάβροχη δομή, ειδική βαθμονόμιση για άριστη παρακολούθηση του εξιδρώματος, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, με τρία απορροφητικά στρώματα αφρώδους, βισκόζης και πολυεστέρα. Να έχει ειδικές εγκοπές (Y) στο απορροφητικό τμήμα ώστε να καλύπτει δύσκολες περιοχές με κινητικότητα. Με δυνατότητα να ανοίγεται το επίθεμα για έλεγχο του δέρματος και να ξανακολλάει. Κατάλληλα για την πρόληψη εμφάνισης ελκών πίεσης. Σε ειδικό σχήμα πτέρνας . Διαστάσεις 22x23 (+-3 εκ)

(210483980019042)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:10:55  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000851484

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

*αυφ*

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6331  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

Περιγραφή

1. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Dufour* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ *κίτρινο* LATEX, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30ML

(210435700020024/25)

2. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Dufour* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 100% ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80ML

(210435700900141..)

3. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Couvelaire* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ *κίτρινο* LATEX, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΥΔΡΟΓΕΛΗΣ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΜΕ *Spiral* (ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΜΕ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30ML

(210435700020017...)

4. ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ *Couvelaire* 3-WAY, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 18-20-22CH, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ σιλικόνη 100%, υδρόφιλος ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕ 4-5 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙ 80ML

(210435700900142...)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:34:25  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000851486

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6333  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

αυβ

Θεσσαλονίκη, 07-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 14-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**Περιγραφή**

**1.ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ RIG TAIL ΑΠΟ VORTEK**

**Ανοιχτού- Ανοιχτού, 12μηνης παραμονής, με pusher 75cm**

**Διαστάσεις:**

**-4,8FR x26CM (210435700090064)**

**-6FRx26CM (210435700090071)**

**-4,8FRx24CM ( 58005)**

**-6FRx24CM (210435700900107)**

**2.ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ RIG TAIL ΥΔΡΟΦΥΛΟΙ ΑΠΟ VORTEK**

**Ανοιχτού- Ανοιχτού, 12μηνης παραμονής, με pusher 75cm**

**Διαστάσεις:**

**-4,8FR x24CM (210435700900042)**

**-4,8FRx26CM (210435700900043)**

**-6FRx24CM (210435700900044)**

**-6FRx26CM (210435700900045)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

11.05.2026 11:34:56  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000851550

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΜΘ

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 6327  
Ημ/νία: 11/05/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 08-05-2026

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 15-05-2026**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

A/A 1

### **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚ (για ΜΕΘ)**

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων ελεύθερη από φθαλικά άλατα(DEHP) και latex, με δυο μεμβράνες, μία υδρόφιλη για την αποφυγή εισαγωγής αέρα στη γραμμή (AirStop) και μια υδρόφοβη για την αυτόματη διακοπή διαρροής υγρού κατά την εξαέρωση (PrimeStop). Το μήκος της συσκευής να είναι  $\geq 250\text{cm}$  και να είναι απόλυτα συμβατή με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους  $\leq 1,4 \text{ Kgr}$ , με δυνατότητα επιλογής χορήγησης bolus δόσης με τρεις διαφορετικούς τρόπους και ακρίβεια  $\pm 5\%$  σε όλο το εύρος του ρυθμού χορήγησης. Επιπλέον να έχουν προ εγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC, και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης (τουλάχιστον 8 γραμμές) με την τοποθέτησή τους σε σταθμό εργασίας για τις ανάγκες στις ΜΕΘ και Αναισθησιολογικό.  
**(210188250100068)**

A/A 2

### **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚ ΦΩΤΟΣΚΙΕΡΑ (για ΜΕΘ)**

Συσκευή χορήγησης φωτοευαίσθητων υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων ελεύθερη από PVC, φθαλικά άλατα(DEHP) και latex, με δυο μεμβράνες, μία υδρόφιλη για την αποφυγή εισαγωγής αέρα στη γραμμή (AirStop) και μια υδρόφοβη για την αυτόματη διακοπή διαρροής υγρού κατά την εξαέρωση (PrimeStop). Το μήκος της συσκευής να είναι  $\geq 250\text{cm}$  και να είναι απόλυτα συμβατή με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους  $\leq 1,4 \text{ Kgr}$ , με δυνατότητα επιλογής χορήγησης bolus δόσης με τρεις διαφορετικούς τρόπους και ακρίβεια  $\pm 5\%$  σε όλο το εύρος του ρυθμού χορήγησης. Επιπλέον να έχουν προ εγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC, και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης (τουλάχιστον 8 γραμμές) με την τοποθέτησή τους σε σταθμό εργασίας για τις ανάγκες στις ΜΕΘ και Αναισθησιολογικό.  
**(210188250100069)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

11.05.2026 11:26:44  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ