



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 8931

Ημ/νία: 27/06/2025

Θεσσαλονίκη, 27-06-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~02-07~~ 2025  
Καταληκτική ώρα : 15.00

(02-07-2025)

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

Αναλώσιμα υλικά για τις δύο συσκευές παροχής οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής Airvo2 που παρελήφθησαν από τη ΜΕΘ μετά την υπογραφή σύμβασης (19SYMV005088481 2019-06-10).

- 1. Σέτ κυκλώματος αποτελούμενο από θάλαμο ύγρανσης και θερμαινόμενο κύκλωμα για τη συσκευή υψηλής ροής Airvo 2 (30τμχ/έτος) (210601500040026)**

Σετ μίας χρήσης αποτελούμενο από θερμαινόμενο αναπνευστικό κύκλωμα με ενσωματωμένο αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας χωρίς εξωτερικά καλώδια και αυτοτροφοδοτού-μενο θάλαμο νερού με δύο φλοτέρ για τη μέγιστη ασφάλεια του ασθενούς, συμβατό με την συσκευή airvo2 (συσκ.10 τμχ). Να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο ότι ο προμηθευτής αποτελεί εξουσιοδοτημένο διανομέα στην Ελλάδα. Να προσκομιστεί, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς των ενδιαφερομένων, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή από την οποία να προκύπτει η συνεργασία του με τον εισαγωγέα ή διανομέα των υπό προμήθεια προϊόντων, καθώς και βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου περί της εκπαίδευσης τεχνικών του προμηθευτή για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων, όπου λόγω της φύσεως τους, απαιτείται (υπ' αριθμό 2501/2022 εγκύκλιο του ΕΚΑΠΥ, "Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα"). Να αποδεικνύεται με έγγραφο από τον κατασκευαστικό οίκο των συσκευών, η συμβατότητα των αναλωσίμων με την συσκευή.

- 2. Ρινικά μιας χρήσης από σιλικόνη σε διάφορα νούμερα για τη συσκευή υψηλής ροής Airvo 2 (30τμχ/έτος) (210601500040027)**

Να είναι συμβατός με την παραπάνω συσκευή βάσει πιστοποιητικού από τον κατασκευαστικό οίκο των συσκευών.

- 3. Αντάπτορες μιας χρήσης τραχειοστομίας για τη συσκευή υψηλής ροής Airvo 2 (30τμχ/έτος) (210601500040028)**

Αντάπτορας τραχειοστομίας μ.χ για την συσκευή παροχής υψηλής ροής, Airvo2. Να είναι συμβατός με την παραπάνω συσκευή βάσει πιστοποιητικού από τον κατασκευαστικό οίκο των συσκευών.

ΚΑΣ

27.06.2025 14:59:44  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ODYSSEFS  
KATSAKAS