



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

" " " " " "
μ. : 8997
μ/ : 30/06/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΚΑΚΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.ΦΩΤ
Τηλ: 2313304463
e-mail: f.kakanopoulou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη: 30-06-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω, e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 03-07-2025
Καταληκτική ώρα : 12.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

**1)ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
210601500010013**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΕΣ

- **ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15883-1:2006 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ HTM 01-01:2016, HTM 01-05:2013 (UK HEALTH TECHNICAL MEMORANDUM)**
- **ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΩΑΣΤΗΡΑ.**
- **ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ)**
- **ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.**
- **ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.**
- **ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 0,3MG ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 1MG.**
- **ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΤΟΥ ΣΤΥΛΕΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**
- **ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ).**
- **ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΠΩΑΣΤΗΡΑΣ)**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

30.06.2025 13:17:13
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
STYLIANOS
TSOMARIDIS

