



0000833723

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 12028  
Ημ/νία: 09/09/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 03-09-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 15-09-2025 (15-09-2025)  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1.  
**ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ 5FR**

ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ Η΄ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΑΤΣΑΛΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕΧΡΙ 2cm ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΤΗΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ. ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ 4,5,6F ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ TIGER I,II, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0,

(210435700050207)

2.  
**ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΘΡΟΜΒΟΥ**

(210435700050032/41)

3.  
**ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ**

(2104357000501....)

4.  
**ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5- in -6F**

Προέκταση οδηγού καθετήρα αγγειοπλαστικής που να διαθέτει ευρύ εσωτερικό αυλό και μήκος 25cm. Να φέρει ακτινοσκοπιούς δείκτες και υδρόφιλη επικάλυψη. Να είναι διαθέσιμο σε 6-7-8 F.

(210435700050203)

5.  
**ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ**

(21043570005007...)

6.  
**ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ**

**ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ.** Το σώμα του καθετήρα εξωτερικά να καλύπτεται από υδρόφιλη επικάλυψη. Η πλέξη του να είναι συνδυασμός από πεπτατισμένες μεταλλικές ίνες και σύρμα. Να διατίθεται σε μήκη 135 και 150cm. Το σώμα του καθετήρα να λεπταίνει από τα 2.7Fr στο εγγύς άκρο στα 2.1Fr στο άπω άκρο του. Η εσωτερική διάμετρος του καθετήρα στο άκρο του να είναι 0,0157".

(210435700020036)

7.

**ΜΙΚΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ  
(210435700020038)**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:**

- ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ – ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ.
- ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΑΥΛΟΥΣ ΕΝΑΝ RX(18cm) ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΤΩ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΑΚΡΑ
- ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 6F ΟΔΗΓΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ

8.

**ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ HI-TORQUE PILOT**

Συρμάτινοι Οδηγοί Αγγειοπλαστικής Hi –TORQUE PILOT, οι οποίοι να διατίθενται σε διάφορους τύπους ανάλογα των χαρακτηριστικών της στένωσης και με βάρος άκρου 1,5gr/2,7gr/4,1gr. Το άκρο να καλύπτεται από πολυμερές το οποίο να παρέχει λεία επιφάνεια, επιτρέποντας στο σύρμα συμπεριφορά χαμηλού προφίλ. Το σύρμα να έχει υδρόφιλη επικάλυψη, το οποίο να έλκει το νερό και να δημιουργεί μια ολισθηρή επιφάνεια μειώνοντας τις τριβές και να διευκολύνεται έτσι η προσπέλαση σε δύσκολες βλάβες δηλ. ασβεστωμένα και ελικοειδή αγγεία. Ο πυρήνας του σύρματος μέχρι και το άκρο του, να είναι κατασκευασμένος από υλικό DURASTEEL, ισχυρότερο από το συμβατικό stainless steel, με εξαιρετική αντοχή, παρέχοντας μέση στήριξη και ακριβή καθοδήγηση.

**(210435700050323)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

09.09.2025 15:14:59  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ





0000833736

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 12029  
Ημ/νία: 09/09/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 03-09-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~15~~ 09-2025 (15-09-2025)

Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 2-WAY OVER THE WIRE**

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100% ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ,ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ, ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΥΛΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ 2 ΟΠΕΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ 2 ΟΠΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΜΗΚΟΣ 40cm. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 18 ΚΑΙ 20 FR.

( 210188250100044,45)

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

09.09.2025 15:21:43  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000833799

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 12030  
Ημ/νία: 09/09/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 04-09-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία **15-09-2025 (15-09-2025)**  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**1. Καθετήρας ουρητηρικός μονής θηλιάς με οδηγό σύρμα 0,035" και μήκος καθετήρα 90cm ανοικτού –κλειστού άκρου ,με σπές στη θηλιά και στο σώμα (210435700090067,68)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

09.09.2025 15:26:50

ΨΗΦΙΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ

ΙΩΑΝΝΑ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**