



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”**

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

**ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"**  
Αριθμ. Πρωτ.: 12560  
Ημ/νία: 18/09/2025

Θεσσαλονίκη, 17-09-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία και e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 23-09-2025**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

### 1. Φίλτρα αιμοπροσρόφησης ,

Ειδικό set secondary cross linking αιμοπροσροφητικής ρητίνης ουδέτερων μακροπόρων, για επιπλοκές αιμοκάθαρσης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο συμπλήρωμα της συμβατικής αιμοκάθαρσης για την αντιμετώπιση των επιπλοκών της, σε σπάνιες περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται με τις συνήθεις συνεδρίες κλασικής HD ή online HDF. Τέτοιες καταστάσεις είναι ο ανθεκτικός ουραιμικός κνησμός, η περιφερική νευροπάθεια, φλεγμονή και η καχεξία.

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.
  - Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο έγγραφο της εταιρείας παραγωγής που να πιστοποιεί ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι secondary cross linking.
  - Να είναι εξειδικευμένο ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των επιπλοκών αιμοκάθαρσης
  - Να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια του set αιμοπροσρόφησης.
- Να αποσταλεί σχετικό prospectus
- Να είναι αποστειρωμένα με γ ακτινοβολία.
  - Να απομακρύνει αποτελεσματικά μέσω μοριακού βάρους και συνδεδεμένες με πρωτεΐνες ουραιμικές τοξίνες όπως: β2- MG, Παραθορμόνη, Λεπτίνη, TNF, IL, CRP, AGEs, Hcy και Ras και να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές αιμοκάθαρσης.

(21048560000024)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

18.09.2025 15:50:54  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000834616

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 12561  
Ημ/νία: 18/09/2025

Θεσσαλονίκη, 17-09-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 25-09-2025**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

### A/A1.

#### Αυτοπροσκολούμενο ,μετεγχειρητικό επίθεμα

που θα πρέπει να έχει :

1. Επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια ,με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης.
2. Απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα :βισκόζη και πολυακρυλικές ίνες.
3. Εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι εκτατό σε τρεις άξονες.
4. Περιθώριο για την προσκόλληση στο δέρμα.

Να διατίθεται σε διαστάσεις περίπου 5x10, 10x25, 10x30 cm

(210483980019033/4/5)

### A/A2.

#### ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10X10 +-3ΕΚ.

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ COMFEEL) ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

10X10( +-3 ΕΚ)

(210483980018006)

### A/A3.

#### ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 15X15 +-3ΕΚ.

ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΙΕΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ (ΤΥΠΟΥ COMFEEL) ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.

15X15( +-3 ΕΚ)

(210483980018007)

### A/A 4.

#### ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12X12 ΕΚ ( +-2ΕΚ)

Αποστειρωμένο αφρώδες επίθεμα τριών στρωμάτων υψηλής απορροφητικότητας με στρώμα ιδροινώδες κυτταρίνης που έχει την ιδιότητα να μετατρέπεται σε gel τις εκκρίσεις, με αφρώδες στρώμα πολυουρεθάνης και περισσότερη απορρόφηση και εξωτερικό στρώμα με περιματρικό κολλητικό με σιλικόνη, αδιάβροχο που επιτρέπει την εξάτμιση των υδρατμών. Διαστάσεις :

12x12 (+-3 εκ)

(210483980010005)

### A/A 5.

#### ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΟΚΚΥΓΟΣ 20cmx20cm (+-3cm)

Αποστειρωμένα αυτοκόλλητα αφρώδη επίθεμα πολυουρεθάνης με 3-D πολυμερή δομή από πολυμερές υψηλής απορροφητικότητας που να λαμβάνει ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του έλκους σε βάθος και έκταση, προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς

κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, χωρίς σουλφαδιαζίνη, με αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από κυτταρίνη. Ειδικού σχήματος για την περιοχή του κόκκυγα . Διαστάσεις 20X20 εκ (+-3 εκ)

(210483980100002)

A/A 6.

**ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 10cmx10cm (+-3cm)  
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ**

Αποστειρωμένα αυτοκολλητα αφρώδη επιθέματα πολυουρεθάνης με 3-D πολυμερή δομή από πολυμερές υψηλής απορροφητικότητας που να λαμβάνει ακριβώς το σχήμα του πυθμένα του έλκους σε βάθος και έκταση, προσθήκη στοιχειακού υδροενεργού αργύρου ομοιογενώς κατανεμημένου σε όλη τη δομή του αφρώδους, χωρίς σουλφαδιαζίνη, με αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά, κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από κυτταρίνη.  
Διαστάσεις 10x10 (+\_3εκ)

(210483980100003)

A/A 7.

**ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2cmx30cm (+-5cm)**

Νέας γενιάς κορδόνι. Επίθεμα από ίνες πολυβινυλικής αλκοόλης με Άργυρο, που όταν απορροφά υγρά, διογκώνεται και μετατρέπεται σε γέλη. Να κατακρατεί μεγάλες ποσότητες υγρών. Να μη χάνει τη δομή του και απαραίτητα να παραμένει συμπαγές για ασφαλή αφαίρεση. Να μην αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση του. Να μην αποδεσμεύει τα υγρά κάτω από πίεση. Διαστάσεις 2x30 (+/- 5 ΕΚ)

(210483980100005)

A/A 8.

**ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ  
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ( αργυρούχος σουλφαδιαζίνη)**

Επιθέματα από πλέγμα πολυεστέρα εμποτισμένα με υδροκολλοειδές με άργυρο ή αργυρούχο σουλφαδιαζίνη

10CMX10CM(+-3cm)

15CMX15CM(+-3cm)

20CMX20CM (+-3cm)

(210483980100008/9/10)

A/A 9.

**ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ (κολλητικά και μη κολλητικά)**  
Για κολλητικά:

Αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά επιθέματα με απορροφητικό στρώμα από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης και πλέγμα επαφής με το έλκος για ρύθμιση της απορρόφησης που να μην παράγει γέλη στην επιφάνεια του έλκους κατά την επαφή του με το εξίδρωμα, κολλητικά με περιμετρικό κολλητικό από κυτταρίνη. Κολλητικό.

10CMX10CM(+3cm)  
15CMX15CM(+3cm)  
20CMX20CM (+3cm)

Για μη κολλητικά  
Αποστειρωμένα υδροτριχοειδικά επιθέματα με απορροφητικό στρώμα από ίνες  
πολυμερούς και κυτταρίνης και πλέγμα επαφής με το έλκος για ρύθμιση της  
απορρόφησης που να μην παράγει γέλη στην επιφάνεια του έλκους κατά την επαφή του  
με το εξίδρωμα. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη ώστε να μην επιτρέπεται η  
διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Για έλκη με χαμηλό έως υψηλό εξίδρωμα. ΜΗ  
κολλητικό

10CMX10CM(+3cm)  
15CMX15CM(+3cm)  
20CMX20CM (+3cm)

(210483980019006/6X/7/8/9/11)

A/A 10.

#### ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ

ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΡΚΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ( ΤΟ  
ΟΠΟΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ)

(210483980019004)

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

18.09.2025 15:53:25  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ