



0000837273

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 14630  
Ημ/νία: 27/10/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

μθ

Θεσσαλονίκη, 23-10-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~29-10-2025~~ **31-10-2025**  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

A/A 1

### **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚ (για ΜΕΘ)**

Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων ελεύθερη από φθαλικά άλατα(DEHP) και latex, με δυο μεμβράνες, μία υδρόφιλη για την αποφυγή εισαγωγής αέρα στη γραμμή (AirStop) και μια υδρόφοβη για την αυτόματη διακοπή διαρροής υγρού κατά την εξαέρωση (PrimeStop). Το μήκος της συσκευής να είναι  $\geq 250\text{cm}$  και να είναι απόλυτα συμβατή με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους  $\leq 1,4 \text{ Kgr}$ , με δυνατότητα επιλογής χορήγησης bolus δόσης με τρεις διαφορετικούς τρόπους και ακρίβεια  $\pm 5\%$  σε όλο το εύρος του ρυθμού χορήγησης. Επιπλέον να έχουν προ εγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC, και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης (τουλάχιστον 8 γραμμές) με την τοποθέτησή τους σε σταθμό εργασίας για τις ανάγκες στις ΜΕΘ και Αναισθησιολογικό.  
**(210188250100068)**

A/A 2

### **ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΓΚ ΦΩΤΟΣΚΙΕΡΑ (για ΜΕΘ)**

Συσκευή χορήγησης φωτοευαίσθητων υγρών διαλυμάτων/φαρμάκων ελεύθερη από PVC, φθαλικά άλατα(DEHP) και latex, με δυο μεμβράνες, μία υδρόφιλη για την αποφυγή εισαγωγής αέρα στη γραμμή (AirStop) και μια υδρόφοβη για την αυτόματη διακοπή διαρροής υγρού κατά την εξαέρωση (PrimeStop). Το μήκος της συσκευής να είναι  $\geq 250\text{cm}$  και να είναι απόλυτα συμβατή με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους  $\leq 1,4 \text{ Kgr}$ , με δυνατότητα επιλογής χορήγησης bolus δόσης με τρεις διαφορετικούς τρόπους και ακρίβεια  $\pm 5\%$  σε όλο το εύρος του ρυθμού χορήγησης. Επιπλέον να έχουν προ εγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC, και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης (τουλάχιστον 8 γραμμές) με την τοποθέτησή τους σε σταθμό εργασίας για τις ανάγκες στις ΜΕΘ και Αναισθησιολογικό.  
**(210188250100069)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

27.10.2025 14:09:22  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000837413

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

αίτηση

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 14634  
Ημ/νία: 27/10/2025

Θεσσαλονίκη, 24-10-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 31-10-2025  
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

## Περιγραφή

### 1. Αιμοστατικό Πίεστρο Κερκιδικής με Περιβραχιόνιο

Συσκευή αιμόστασης ασκούμενης εξωτερικής πίεσης για κερκιδική αρτηρία. Να διαθέτει αυτοκόλλητη επένδυση, διαφανές παράθυρο και μπαλόني από πολυουρεθάνη το οποίο θα διευκολύνει την ορατότητα στην θέση της παρακέντησης. Με βαλβίδα luer lock στην άκρη του σωλήνα που επιτρέπει σε μια σύριγγα με ασφάλεια luer να συνδέεται για να προσθέτει και να αφαιρεί αέρα από το μπαλόني ώστε να παρέχει συμπίεση στην κερκιδική θέση παρακέντησης. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης. Να διατίθεται σε μεγέθη: Medium 25cm περίπου, Large 27cm περίπου και XLarge 29cm περίπου

**(210458700020055)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

27.10.2025 14:57:12  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΙΩΑΝΝΑ  
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ