



0000838731

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες ΜΠΡΟΥΝΤΖΙΟΥ Α
Τηλ: 2313304426
e-mail:brountziou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη 11-11-2025

Έρευνα αγοράς που αφορά

ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. Δ.Σ.14359/30-10-2025

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 21/10/2025
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

Πεδίο όρασης 100⁰ και βάθος πεδίου 2 έως 50 mm , επιτρέποντας ευρεία και καθαρή απεικόνιση κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Επίσης η διάμετρος του άκρου (distal tip) να είναι τουλάχιστον 7,4 Fr ενώ η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα εισαγωγής να ανέρχεται τουλάχιστον σε 8,6 Fr Το κανάλι εργασίας να έχει διάμετρο μέχρι 3,6 Fr επιτρέποντας τη χρήση κατάλληλων εργαλείων.

Το συνολικό μήκος του άξονα να είναι 670mm, προσφέροντας επαρκές εύρος για την κάλυψη ανατομικών αναγκών. Το εύρος κάμψης να φτάνει 2750 τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε δύσκολα σημεία του ουροποιητικού συστήματος .

Ο αισθητήρας εικόνας να προσφέρει ανάλυση 400X400 pixels. Το σύστημα να προσφέρει λειτουργίες όπως ρύθμιση φωτεινότητας δυνατότητα ζουμ, πάγωμα της εικόνας και ισορροπία λευκού ,για βέλτιστη απεικόνιση και διαχείριση της εικόνας κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Να διατίθεται σε δυο είδη ουρητηροσκοπίων με τυπική διαμόρφωση και με αντίστροφη διαμόρφωση. Η προμηθεύτρια εταιρεία να δεσμευτεί για την παραχώρηση πλήρους συνοδού εξοπλισμού....»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ