



0000838795

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 15614  
Ημ/νία: 13/11/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Χ/0  
Θεσσαλονίκη, 12-11-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία ~~17~~ 17-11-2025  
Καταληκτική ώρα : 15.00

(17-11-2025)

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**1. ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ (ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8CH  
10CH ,ΜΗΚΟΥΣ 30CM ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ  
ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ,  
ΒΕΛΟΝΑ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 17,5G-18G ΜΗΚΟΥΣ 20CM  
ΜΕ ΑΚΡΟ ΟΡΑΤΟ ΥΠΕΡΧΟΓΡΑΦΙΚΑ  
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 80CM ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,038'' ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ  
ΣΧΗΜΑΤΟΣ J ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΤΕΙΝΩΝ ΤΗ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,039'' ΜΗΚΟΥΣ  
30CM ΠΕΡΙΠΟΥ  
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗ  
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΤΟΛΕΩΝ  
(210601500023023/4)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

13.11.2025 09:44:08  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΚΟΣ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000838601

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9  
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 15592  
Ημ/νία: 13/11/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 10-11-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 17-11-2025**

**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

**Περιγραφή**

**1.ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ  
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ  
(210480005020001..)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

13.11.2025 09:08:47  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΚΟΣ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τμήμα Οικονομικό

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Πληροφορίες Αγαπίδου Α

Τηλ: 2313304415

e-mail: a.agaridou@agpavlos.gr

2/0

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Αριθμ. Πρωτ.: 15593

Ημ/νία: 13/11/2025

Θεσσαλονίκη, 10-11-2025

**Έρευνα αγοράς που αφορά**

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 14-11-2025  
Καταληκτική ώρα : 15.00

(17-11-2025)

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

**Περιγραφή**

**1.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΕΤ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ ΜΕΘΟΔΟ) ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

- 4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ
- ΠΕΔΙΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 240ΕΚ.Χ320ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΠΕΔΙΟ 150ΕΚ.Χ180ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
- 3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
- 1 STOSKINET STENT COVER 25ΕΚ-100ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ

**ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΟ 150ΕΚ-200ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ (210601500015007)**

**2.ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΕΤ ΙΣΧΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ (ΜΕ ΕΓΚΥΡΗ ΜΕΘΟΔΟ) ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**

- 4 ΠΕΤΣΕΤΕΣ
- ΠΕΔΙΟ U ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 200ΕΚ.Χ300ΕΚ.ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΜΑΥΟ STENT COVER 78Χ45 ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
- 1 STOSKINET ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 30ΕΚ-120ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΠΕΔΙΟ 75ΕΚ.Χ90ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΚΡΑ
- ΠΕΔΙΟ 150ΕΚ.Χ200ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΚΡΑ
- 3 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 10Χ50ΧΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 200ΕΚ.Χ300ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΚΡΑ

**ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΟ 150ΕΚ-200ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ (210601500015009)**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

13.11.2025 09:10:34  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΚΟΣ

**ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ**



0000838612

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 15594  
Ημ/νία: 13/11/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 10-11-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 17-11-2025**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

Γάντια αποστειρωμένα χειρουργικά υποαλλεργικά με ελάχιστο ολικό μήκος 290 mm χωρίς πούδρα . Όλα τα μεγέθη.

Να είναι από 100% νεοπρένιο χωρίς πούδρα και χωρίς latex

- Το ελάχιστο ολικό μήκος να είναι τουλάχιστον 280 mm
- Στις εσωτερικές θήκες των γαντιών, ή επί των γαντιών, να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του αριστερού από το δεξί γάντι
- Να προσφερθούν σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-8,5)
- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή
- Διάρκεια αποστείρωσης τρία (3) έτη
- Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος της με ενισχυμένο πάχος ( $\geq 0,14\text{mm}$ ) ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλή συγκράτηση του γαντιού, με ρεβέρ
- Να φέρουν την πιστοποίηση CE από τον Κοινοποιημένο Οργανισμό
- Να είναι αποστειρωμένα με γ-ακτινοβολία
- Πρέπει να ανταποκρίνονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση σπών), ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτερα όρια αντοχής), ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας) Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο ASTM F1671 ή ASTM D3577 ή το πρότυπο EN 420.
  - Να αναφέρεται στη εξωτερική συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και λήξης της αποστείρωσης, καθώς και ο αριθμός παρτίδας, το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής
  - Με αντιολισθητική εξωτερική επιφάνεια χωρίς να χάνεται η αίσθηση της αφής.
  - Η συσκευασία να φέρει QR code για ευκολότερη ιχνηλασιμότητα
  - Με διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας
  - Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα 100%
  - Να φέρουν σήμανση CE με τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού. Να πληρούν επιπλέον το πρότυπο EN 374 ή και το ASTM D3577. Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.11.2025 09:15:02  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ



0000838631

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4<sup>η</sup> Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

Χ/Ο  
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"  
Αριθμ. Πρωτ.: 15595  
Ημ/νία: 13/11/2025

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
Τμήμα Οικονομικό  
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού  
Πληροφορίες Αγαπίδου Α  
Τηλ: 2313304415  
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 11-11-2025

### Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχειρώς θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

**Καταληκτική ημερομηνία 17-11-2025**  
**Καταληκτική ώρα : 15.00**

**Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες**

## Περιγραφή

### 1. Κασετίνα Καταμέτρηση βελονών (30/30) που να διαθέτει:

- διπλή μαγνητική επιφάνεια 30 θέσεων για τοποθέτηση-καταμέτρηση βελονών.
- ειδική εγκοπή για αφαίρεση χειρ/κων λεπίδων
- δυνατότητα ασφαλούς κλεισίματος τύπου BoxLock
- να είναι αποστειρωμένο
- διαστάσεις περίπου 12cm μήκος/περίπου 10cm πλάτος/περίπου 1,5cm ύψος  
( κλειστής κασετίνας)  
**(210601440100001)**

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

13.11.2025 09:17:41  
ΨΗΦΙΑΚΑ  
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
ΑΠΟ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΟΚΟΣ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ